

استون از این یافته برای تشخیص استفاده نکرد، البته باید به این نکته نیز اذعان داشت که ویر بدون اطلاع از کار ویت استون مشاهدات دقیق خود را در مورد طرفی سازی توصیف نمود.

رینه (۱۰) اتوپوزیست آلمانی در سال ۱۸۵۵ میلادی مشاهدات خود را از مقایسه پاسخهای حاصل از قرار دادن دیپازن روی جمجمه و جلوی مجرای گوش افراد طبیعی و افراد مبتلا به آسیب شنیداری، شرح داد. روش مزبور از جمله روش‌های کلاسیک آزمایشات دیپازنی بوده و از آن زمان تاکنون بنام خود رینه شناخته می‌شود. «سی» سال پس از این تاریخ شواباخ (۱۱) در یک بررسی کلی پاسخهای افراد مبتلا به افت شنوایی در آزمایش دیپازنی را با پاسخهای افراد طبیعی در همین آزمایش مورد مقایسه قرار داد.

بدین ترتیب در اوخر قرن نوزدهم مجموعه آزمایشات شنوایی شناسی پایه ریزی شده بود. در یکی از این آزمایشات، پاسخهای دریافت شده از تحریک راه هوایی و راه استخوانی در افراد مبتلا به افت شنیداری مورد مقایسه قرار می‌گرفت و آزمایش دیگر مقایسه بین یک فرد طبیعی با یک فرد بیمار بود.

در اواسط قرن ۱۹، اتوپوزیست قابل ملاحظه‌ای داشت، از جمله اختراع آینه مقعر، توسط هافمان (۱۲) آلمانی (۱۸۴۱)، در مرکز این آینه سوراخی جهت ایجاد روش‌نای برای مشاهده پرده تعییه شده بود. در همین زمان، روش‌های مختلفی جهت تحریک صوتی از طریق وسایل مکانیکی ابداع شدند که بطور کلی اکومتر (۱۳) نامیده می‌شوند، دیپازن‌ها از این جمله بودند.

روش دیگر جهت ارزیابی کمی شنوایی، اندازه گیری محدوده بالایی و پائینی فرکانسی بود. و لاستون (۱۴) در سال ۱۸۲۰ میلادی در انگلستان مشاهده نمود که بعضی از افراد سخت شنوایی در محدوده فرکانسی بم، دارای شنوایی بهتری نسبت به محدوده فرکانسی زیر می‌باشند. همچنین عکس این مطلب نیز مورد توجه قرار گرفت. و لاستون از این امر در تشخیص محل ضایعه یاری گرفت، از آن پس دستگاههای ابداع گردیدند که اصواتی با

## مروری بر تاریخچه تکامل تستهای شنوایی در ارتباط با عملکرد محیطی دستگاه شنوایی

«قسمت اول»

### لغات کلیدی: تاریخچه - تستهای شنوایی - عملکرد محیطی

**چکیده:**

بحث حاضر به بررسی تکامل آزمونهای شنوایی از ابتدای تا به امروزی بردازد. بر طبق نظریه انسن، (۱۵) آگاهی از تاریخچه آزمونهای شنوایی یک صورتی پیش با افتخاره نیست بلکه، یک ادیوپوزیست باید نسبت به آن آگاهی کامل داشته و خود را در جریان پیشرفت آن قرار دهد، تا بدین میله معلومات و دهارت کافی برای کاربرد و استفاده از تکنولوژی پیشرفتی امروز را به دست آورد.

قدیمی ترین تاریخچه ای که در این مبحث عنوان می‌گردد صریط طبع اوائل قرن شانزدهم می باشد و لی باید توجه داشت که قبل از این تاریخ نیز در زمینه صوت، شنوایی و موضعیت واسطه به آن مطالعاتی صورت گرفته است که شامل ذکر نقش محققین صریط طبع را تأثیرگذاشت.

**مقدمه:**

هدف از بررسی ذیل، ارائه نکاتی بر جسته از تاریخچه ارزیابی‌های شنیداری در چه انتقال‌ضایعات انتقالی، از اختلالات حسی عصبی و همچنین افتراق بین اختلالات حلزونی، از وراء حلزونی می‌باشد. البته لازم به ذکر است که نمی‌توان تمامی پیشرفت‌های موجود را در این مطالعه محدود بررسی کرد. اما بحث حاضر، می‌تواند راهی به سوی ایجاد علاقه بیشتر در بررسی پیشرفت‌های حاصله در تستهای مرکزی و تستهای صریط طبع به افتخاه شنیداری عملکردی و... باشد.

مطلوب را به جمله‌ای از فلدمان (۲)، که نقش بزرگی در راه تکامل شنوایی شناسی داشته است، آغاز می‌کنیم:

«هنگام مطالعه تاریخچه یک علم، باید ملاک را بر این گذاشت که فلان چیز را چه کسی و چه وقت کشف کرد، بلکه باید راههایی را که منجر به این پیشرفت‌های علمی شده است، بررسی کنیم.»

اگر چه گفته فلدمان، منطقی و صحیح است، ولی استفاده از آن بعنوان ملاک صرف در این مقوله نمی‌گنجد.

Cardano -۴	Conductive hearing loss -۳	Feldman -۲	Wayne o. Olsen -
Weber-۸	Lateralization -۷	1960 / 70 -۶	Capivocc-۵
Hofmann -۱۲	Schwabach -۱۱	Rinne - ۱۰	Wheat Stone -۹
		Wollaston-۱۴	Acumeter-۱۳

زمان با استقبال بیشتری رویرو گردید . (۲۷)  
 از سال ۱۹۲۸ ۱۰ ادیومترهای وسترن الکتریک ۲A به مرتضی کنندۀ های استخوانی مجهز گردیدند ، که بطور مناسب در تمام فرکانسها (۶۴-۸۱۹۲Hz) کالیبره شده بودند . فولر و گل در یادداشت‌های اولیه خود (۱۹۲۲ a,b) ، نمودارهایی بنام ادیوگرام را شرح دادند . در این ادیوگرامها فرکانس‌های اکتاوی روی محور افقی و میزان شدت بر روی محور عمودی ترسیم شده بود . از نظر اندازه هر ۲۰ واحد روی محور عمودی برابر یک اکتاو ، روی محور افقی در نظر گرفته می‌شد . امروزه نیز همین قرارداد در مورد ادیوگرامها رعایت می‌گردد . البته این نمودار به تنهایی ارزش چندانی نداشت تا اینکه در سال ۱۹۲۲ فولر و گل طیف گفتاری را بر روی این ادیوگرام موردن بررسی قرار دادند . (بقیه در شماره آینده تالیف : فرزاد مویدشاهی- عضو کادر آموزشی دپارتمان شناوری شناسی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

لگاریتمی شدت ، جهت پکارگیری قانون «ویر- فشر» (۲۳) در مورد درک حسی ، بهره می‌برد . این وسیله در حقیقت یک ادیومتر الکتریکی محسوب می‌گردد . اولین ادیومترهای الکترونیکی در سال ۱۹۱۹ میلادی در آلمان ساخته شد (۲۴) ۳۰ سال بعد از این تاریخ ، در سال ۱۹۲۲ فولر و گل (۲۵) اولین ادیومترهای تجارتی ابیلات متحده را با نام «وسترن الکتریک» (۲۶) معرفی کردند . این دستگاه ۲۰ فرکانس را بصورت اکتاوی و نیم اکتاوی تولید می‌نمود و محدوده فرکانسی آن بین ۳۲-۱۶۳۸۴ هرتز بود که شدت صوت در آن توسط یک کاوهنده لگاریتمی کنترل می‌گردد . مشابه این ادیومتر ، مدل وسترن الکتریک ۲A بود که با قیمت ارزانتر عرضه گردید . این ادیومتر نسبت به نوع قبلی ۲ فرکانس اکتاوی (یکی از ابتداویکی از آنها) را تولید نمی‌کرد و محدوده فرکانسی آن بین ۶۴-۸۱۹۲ هرتز بود . این ادیومتر از طرف ادیولوژیست‌های آن

فرکانس‌های مختلف تولید می‌نمودند . از این میان فقط به سوت گالتون (۱۸۷۶) و تک سیم (۱۵) ساخته شده توسط استرویکن (۱۶) اشاره می‌کنیم . در سال ۱۸۹۴ مجموعه‌ای از سوتکها و دیاپازونها توسط بزویلد و ادلمن (۱۷) ساخته شد که محدوده فرکانس‌های قابل شنیدن را در بر می‌گرفت . (یعنی ۱۶-۲۰۰۰Hz) و مجموعه فرکانسی پیوسته (۱۸) نامیده می‌شد . اولین وسائل الکتریکی ساخته شده ، جهت آزمایشات شناوری شناسی وسائل ساده ای بودند ، مشکل از یک رسیور تلفن و چند کنترل کننده شدت . این وسائل اولین بار بر آلمان توسط هارتمن (۱۹) و در انگلستان توسط هیوز (۲۰) ابلاغ گردیدند . اولین مرتضی کنندۀ استخوانی ، در سال ۱۸۹۰ میلادی توسط گرادنیگو (۲۱) ایتالیایی ساخته شد . سی شور (۲۲) در سال ۱۸۹۹ میلادی در شیکاگو ، اولین ادیومتر را ساخت . این دستگاه از یک متعادل کننده

Continous - Frequency Series-۱۸  
 Seashore -۲۲  
 Bunch ( 1947)-۲۷

Bezold & Edelmann-۱۷  
 Gradenigo-۲۱  
 Feldman 1960 / 70-۲۴  
 Western electric -۲۶

Struycken-۱۶  
 Hughes (1879)-۲۰  
 Weber - Fechner Law-۲۳  
 Fowler & Wegel ( 1922 a. b. ) -۲۵

Monocord-۱۵  
 Hartmann (1878)-۱۹  
 -