

بررسی اثربخشی اسکراب جراحی TGSept AL Plus بر اساس پروتکل EN12791 بر روی فلور نرمال دست کارکنان اتاق عمل بیمارستان حضرت فاطمه (س) شهر تهران

چکیده

دریافت: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ویرایش: ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ آنلاین: ۱۴۰۳/۰۴/۰۱

۱- وحید ملک‌زاده^{۱*}، شادی شیخی‌زاده^۲، محدثه تکلو^۱، حسین جمالی‌فر^۳، یونس قاسمی‌نژاد کوشالی^۱، حسن خرمیان^۴، حسین ناصری^۴

۱- گروه آزمایشگاه و میکروبیولوژی گروه کنترل دارو و غذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۲- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

۳- گروه فروش، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران.

۴- گروه آزمایشگاه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

۲- کلمه استاندارد اروپایی در چکیده (قسمت زمینه و هدف، روش بررسی و نتیجه‌گیری) اشتباه بوده و به جای آن استاندارد EN12791 جایگزین می‌گردد.

۳- در صفحه ۱۵۵ در روش بررسی: خط ۱ تا ۴ آزمایش (برچسب خورده) به همراه سوآپ استریل شده، به اتفاق عمل منتقل شدند. فقط لوله‌های حاوی جهت آزمایش ML 5 سرم فیزیولوژی منتقل شدند. قبل از انجام آزمایش تمامی داوطلبین توسط پزشک متخصص پوست معاینه و تأیید نهایی داده شد، اشتباه بوده و جمله‌ی قبل از انجام آزمایش تمامی داوطلبین توسط پزشک متخصص پوست معاینه و از نظر سلامت پوستی تأیید نهایی جهت آزمایش داده شد جایگزین می‌گردد.

۴- خط ۲۲ جمله «فرد کارشناس با سوآپ استریل اولین نمونه‌گیری خود را از دستان وی (از مچ تا آرنج) انجام و سوآب را داخل لوله‌ای که نام فرد و کد A نام‌گذاری شده، قرارداده شد» اشتباه بوده و جمله «در فضای آزاد خشک کرده و فرد کارشناس اولین نمونه‌گیری خود را از دستان وی (از ده انگشت) هر پنج انگشت یک دست در پلیت حاوی ۱۰ میلی محیط کشت کازوبلاد به مدت ۱ دقیقه چرخانده شد» جایگزین می‌گردد.

۵- در صفحه ۱۵۵ ستون دوم خط هفت، پلیت ۱۰ جایگزین پلیت ۸ شده است.

* نویسنده مسئول: تهران، خیابان آزادی، بلوار اکبری، خیابان طرشت جنوبی، کارخانه نوآوری بایوتکس، شرکت تجهیز گستر شریف.

تلفن: ۰۲۱-۵۲۸۸
E-mail: v.malekzad@gmail.com