

## هیکاری و مشارگت در مطالعه و انتوز Ventouse هایمازی

### میدان استعمال و هزایای آن

دکتر ایران اعلم با هنکاری و کنک دکتر حن خطیبی

از قرنها پیش فکر اختراع یک وسیله موثر برای گرفتن و خارج کشیدن بچه متخصصین زایمان را مشغول داشته است.

Chamberlain Forceps در سال ۱۵۶۰ بوسیله شامبرلین اختراع فرسپس یک قدم برای به تحقق پیوستن این آرزو بوده است. بعدها در سال ۱۸۴۹ یک متخصص انگلیسی بنام سیمپسون Simpson سعی نمود سر بچه را بوسیله دستگاه کشیده خالائی یا ارتراکتور Prise aertrator پرینز Maccahy آمریکائی استعمال دستگاهی را که بمنظور بالا ساخته شده بود و با اسم ارتراکتور Chamberlain نامیده میشد تجویز نمود. اما این فکر جلب نظر متخصصین را خصوصا در فرانسه نمود و جای تجربه ای برای خود باز نکرد. پژشک فرانسوی بنام دکتر کوزیگو Dr. Cozigou با وسائلی که در دسترس داشت و انتوزی بنام واتنهز اوتوسیک V. Eutocique که در زایشگاهها آن را بکار ببرند. ولی این پیشنهاد باجی میلی و بدینینی تلقی گردید و فکر استفاده از آن نیفتادند. در سال ۱۹۴۷ کوزیگو برای پزشکان خارجی دستگاه و تکنیک تازه خود را شرح داد. طولی نکشید که نظر موافق چندین متخصص فن را که مسحور و فریفته متدش بودند جلب نمود.

در سال ۱۹۵۲ فیوردل Fivdrle اهل یوگوسلاوی و انتوزی جدید که کمی تفاوت با انتوز قدیمی داشت ساخت.

در سوئد و انتوز کوزیگو توسعه مال ماسترم Malmastrom بنام Vaccum Extractor واکیوم اکستر اکتور از حیث کشش و چسبندگی قوی روی بچه تکمیل گردید.

این دستگاه بوسیله دکتر رزا Rosa در نمایشگاه علمی و کنگره ژینکولوژی فرانسه زیان ها در سپتامبر ۱۹۵۵ در بروکسل معرفی شد و بی اندازه جلب نظر

نمود . در این مقاله مادر تبیجده تجربیات چهارسال و نیم خوددر زایشگاه بانکماقی ایران موارد استعمال آن را محدود کرده و اندیکاسیونهای محرز آن Indications را تایید مینماییم .

### وانتوز سوئدی

تعریف — دستگاه تشکیل شده است از :

- ۱ — یک کاسه فازی و یا کوپول cupule که ۳ سانتیمتر قطر دهانه و یکسانی مترا و نیم عمق دارد .
- ۲ — وسط کوپول سوراخ بوده و بوسیله یک لوله کائوچوکی بیک بطری وصل است . روی این بطری یک فشار سنج نصب شده است که فشار منفی را اندازه گیری میکند . برای سهولت کیلومتر فشار در روی این فشار سنج به سانتیمتر مرتع درجه بندی و نشان داده شده است .
- ۳ — یک تلمبه مکنده Pompe Aspirante به بطری وصل است . بوسیله این پمپ میتوان فشار منفی مورد لزوم را ایجاد نمود .
- ۴ — روی اسباب یک کلید هواگیر است که برای هوادادن به وانتوز و جداشدن آن از سربکار میرود .
- ۵ — دستگاه را میتوان با آسانی پاک و تمیز نمود و با جوشاندن و یا انبو کلاو استرین نمود .

**طرز عمل وانتوز — کوپول** باید هرچه ترددیکتر به فوتانل قرار گرفته و بوسیله خلاء کاملا آببندی شود . ابتدا کوپول را روی پرزاتاسیون presentation گذاشته خلاء میکنیم سپس با نیروی کشش کافی کدو بوسیله زنجیر داخل لوله کائوچوکی به وانتوز انتقال می باید بقدرا خارج مینماییم . برای محاسبه نیروی کشش دستگاه مثال عددی زیر را انتخاب مینماییم .

اگر حداقل شعاع وانتوز دوسانتیمتر باشد مساحت داخلی آن تقریبا ۳۰ سانتی متر مربع است . اگر یک تخلیه ۶ر . کیلو گرم ایجاد نماییم بهر سانتی متر پوست سر نیروی مخالفی در حدود ۶۰۰ گرم وارد میشود که اگر ضربدر ۳۰ سانتی متر سطح نماییم ۱۸۰۰۰ گرم و یا ۱۸ کیلو گرم میشود و نبایستی از آن تجاوز نمود زیرا تولید خارت جبران ناپذیری بر روی سرچه و بطور کلی روی بچه خواهد نمود . نیرو باید عمود به سطح وانتوز وارد شود در غیر این صورت عدم تساوی نیرو روی کتاره های وانتوز سبب جدا شدن آن از سر میگردد .

یک مطالعه دقیق بر مبنای اصول ریاضی که بوسیله دکتر رزا بازیکی انجام گرفته مدل میسازد که در شرایط نیروی کشش مساوی فشار وارد روزی سرچه با

آ - علل عمومی : در تمام مواردی که باید مادر از زور زدن پرهیز نماید مثل سل ریوی - بیماری های قلبی - نفریت حاملگی - اکلامپسی - عصبانیت.

ب - علل موضعی : اشکال آنگازمان Engagement و در بعضی موارد که عدم تناسب واضحی بین سرولگن نیست . در اینجا باد آوری میشود که استعمال وانتوز روی بچه در جریان اکسپولسیون نباید بمنظور شکست و غلبه بر دیستوسی پرینه مقاوم ترد شکم اول مسن - جدار کم مقاوم (سیکاتریس عمل او اتراسیون ) دیلاتاسیون غیر طبیعی و مقاوم بدارو - اینرسی رحم Inertie (در اینجا وانتوز یک قدرت اسی توکسیک Pouvoir oxytocique دارد که ما شاهد آن بوده ایم ) .

### ۳ - علل از طرف بچه

آ - زجر بچه : موقعی که علائم خطر در بچه مشهود افتاد با وانتوز میتوان اکسپولسیون را تسریع و تعجیل نمود . در مولتی پار Multipare حتی در آپلی - کاسیون هت Application Haute وانتور لازم است . در پریمیپار Primapare بعلت مقاومت عضلات مجرای تناسلی که در پائین آمدن سربا تاخیر زیادی همراه است استعمال وانتوز عمل فیزیولوژیکی را تسریع میکند و هرگر اختلالی در این عمل فیزیولوژیک تولید نمینماید . باین جهت اگر زجر شدید شود و اگر دیلاتاسیون کامل باشد بایستی با تمام خطر مربوط به فورسپس زایمان را با فورسپس تمام کرد - پرزاتاسیون صورت بدون شک یکی از موارد نادری است که باید فورسپس گذاشت .

ب - عیب اوریاتاسیون Defaut D'orientation صحیح وانتوز سبب اوریاتاسیون و تکیه دادن سربه سگمان انفریور میشود و از پیدایش دیستوسی فونکسیونل Dytocie fonctionnelle جلوگیری مینماید . در این زمینه ما دو حالت داریم :

۱ - پرزاتاسیون سر : وانتوز سبب تشدید فلکسیون و مساعد نمودن آسنکلی تیس، شده بعلاوه رتاسیون خود بخودی با سرعت انجام میشود .

۲ - پرزاتاسیون نشیمن siege complet mode de fesse گذاشت وانتوز روی نشیمن از طرفی سبب آنگازمان یک پرزاتاسیون بد جهت گرفته میشود (مثلًا اگر نشیمن در روی سفینه بیین symphyse pubien قلاب شده باشد) . از طرف دیگر نشیمنی که روی پرینه گیر کرده بمیل خود میتواند با اوریاتا - سیون آن در امتداد محور امیب لیکو کوکسیژن Omphlico-Coccigien دگاره نمود . بطور خلاصه وانتوز نشیمن را دردست زایمان کننده میگذارد بدون آنکه دستش

در داخل واژن باشد.

**ب - تا خبر پیشرفت تحرکی بچه :** در تمام مراحل زایمان وانتوز باعث تنظیم پیشرفت فیزیولوژیکی پرزاتاسیون میشود. مشی زایمان دچار هیچگونه وقفه نشده و وانتوز یک آلت تنظیم کننده برای پیشرفت پرزاتاسیون است. درین اندیکاسیونها دو حالت منحصر وانتوز است که فورسپس در آن غنید نیست.

**که** آ - پرزاتاسیون سی یز مدوفس *siege mode de fesse* پیشرفت متوقف شد باشد.  
ب - دیلاتاسیون ناکامل واحتیاج مبرم به دخالت زایمان کننده.

### مزایای وانتوز

وانتوز بی ضرر است و در مواردی که سر هنوز وارد تنگه بالائی لگن نشده استقرار آن آسان است. در تمام موارد معمولی فورسپس پزشک بعداز بحث و تعقیق میتواند وانتوز را جانشین آن نماید.

بعقیده ما وانتوز بعلل زیر بر فورسپس ارجحیت دارد.

۱ - بیهوشی قبلی لازم ندارد. در نتیجه انقباضات رحم بطور دائم وجود دارد. خطرات آنوسکسی *anoxie* بچه متوجه از بیهوشی از بین میرود.

۲ - وانتوز فیزیولوژی زایمان را بهم نمیزند. در نتیجه کشش (برخلاف فورسپس) همیشه همزمان با انقباضات رحمی میباشد.

۳ با وانتوز میشود سر را بر حسب احتیاج مکانیسم زایمان (فالکسیون - دفالکسیون - آسنکلیتیسم) هدایت نمود.

۴ - وانتوز به گذارنده آن امکان ایجاد و تولید انقباض را در اثر رفلکس پرینه آل میدهد.

۵ - وانتوز بین پرزاتاسیون و سگمان انفریور اشتراك مساعی بسیار نزدیکی را فراهم مینماید که این امر یکی از عوامل اساسی دیلاتاسیون شمرده میشود.

۶ - وانتوز مثل فورسپس حجم بچه را زیاد نمیکند و باعث خایرات مجرای تناسلی مادر نمیگردد و در نتیجه حد اکثر فضای لگن را در اختیار بچه میگذارد.

۷ - بالاخره وانتوز مثل فورسپس خطر ضربه دیدن بچه را ندارد زیرا با وانتوز فشار وارد به سر بچه با نیروی کشش بتساوی بیست مرتبه کمتر از فورسپس است. در نتیجه زندگی بچه بیمه است.

فراموش نشود که کشش باید ملایم و یک نواخت باشد و اگر شدیداً اعمال شود کوپول خود بخود جدا میشود و باید مجدداً وانتوز گذارده شود با کشش ملایم و یک